

DECYZJA NR 20
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia23 kwietnia..... 2017 r.

**w sprawie uznania wzorca pierwotnego jednostki miary ciśnienia akustycznego
za państwowy wzorzec jednostki miary ciśnienia akustycznego**

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. poz. 257 oraz z 2007 r. poz. 280) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaję wzorzec pierwotny jednostki miary ciśnienia akustycznego, który stanowią trzy laboratoryjne mikrofony wzorcowe klasy LS1P i trzy laboratoryjne mikrofony LS2P, spełniające wymagania normy PN-EN 61094-1:2003 „Mikrofony pomiarowe – Wymagania dla laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych” oraz sterowane komputerowo stanowisko pomiarowe do wzorcowania mikrofonów klasy LS metodą wzajemności, zgodnie z normą PN-EN 61094-2:2010 „Mikrofony pomiarowe – Metoda podstawowa wzorcowania ciśnieniowego laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych w oparciu o zasadę wzajemności” w zakresie częstotliwości od 2 Hz do 10 kHz dla mikrofonów klasy LS1 i od 20 Hz – 25 kHz dla mikrofonów klasy LS2, za państwowy wzorzec jednostki miary ciśnienia akustycznego.

§ 2. Dokumentację państwowego wzorca jednostki miary ciśnienia akustycznego stanowi świadectwo wzorca państwowego wraz z załącznikami, którymi są:

- 1) księga państwowego wzorca jednostki miary ciśnienia akustycznego;
- 2) dokumentacja techniczna państwowego wzorca jednostki miary ciśnienia akustycznego;
- 3) instrukcja obsługi państwowego wzorca jednostki miary ciśnienia akustycznego.

§ 3. Miejscem stosowania i przechowywania państwowego wzorca jednostki miary ciśnienia akustycznego jest siedziba Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR


dr inż. Włodzimierz Lewandowski